

Algemeen	
Therapeutische groep:	Alcoholen
Merksnaam:	zie toxicologie.org (http://toxicologie.org/)
Bepalingsfrequentie:	Standaard, CITO en buiten openingstijden: op aanvraag, alleen na overleg tussen arts en apotheker
Doorlooptijd rapportage:	Uitslagen zijn bekend op einde dag van analyse
CTG-code:	072820
Analysemethode:	GC - FID
Kwaliteitssysteem:	ISO 15189 (M329) - KF.TOX.01 (uitzondering: ethanol – KF.TDM.01)
Opmerking:	

Aanvraag specificaties	
Materiaal:	Volbloed (fluoride-oxalaatbuis, labcode: BVFZA)
Minimum hoeveelheid:	1 ml
Afname tijd:	n.v.t.
Bewaarconditie:	4°C (koelkast)
Verzendconditie:	kamertemperatuur
Aanvraagformulier:	https://ziekenhuisapothek.catharinaziekenhuis.nl/aanvraagformulieren/

Referentiewaarden
Zie specifieke stof monografie op http://toxicologie.org/ en/of www.vergiftigingen.info .

Achtergrond informatie
<ul style="list-style-type: none">• Geef steeds de “merksnaam” van het mogelijk ingenomen middel aan• Bepaling wordt geadviseerd bij mogelijke, bedreigende intoxicatie met een/of meer van de volgende stoffen:<ul style="list-style-type: none">– Aceton– Diethyleenglycol– Ethanol– Ethyleenglycol– Isopropanol (2-Propanol)– Methanol• Zie tevens specifieke stof monografieën.

Bronnen
<ul style="list-style-type: none">• Behandeling: zie toxicologie.org (http://toxicologie.org/) en/of www.vergiftigingen.info• Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, volume 2

Versiebeheer		
Versie 01	Nov 2021	<ul style="list-style-type: none">• 1^e versie monografie opgesteld in ISO 15189 format.
Versie 02	Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">• Update monografie n.a.v. ISO 15189 accreditatie:<ul style="list-style-type: none">○ Doorlooptijd rapportage opgenomen

Alcoholen screening

		<ul style="list-style-type: none">○ Verwijzing naar Kwaliteitssysteem ISO 15189 (M329), KF.TOX.01 opgenomen○ Hyperlink naar Aanvraagformulier TDM en Toxicologisch onderzoek toegevoegd○ Kop Versiebeheer opgenomen● Update n.a.v. nieuwe GC: bepaling trichloorethanol verwijderd
Versie 03	Juni 2023	Link naar www.vergiftigingen.info toegevoegd.
Versie 04	Aug 2025	Acetaldehyde is verwijderd, wordt niet meer door het apotheek laboratorium Catharina Ziekenhuis bepaald.
Versie 05	Mei 2026	Code kwaliteitssysteem gewijzigd voor ethanol naar KF.TDM.01.